



Nr postępowania - ZPO:ZP/1/2021

**Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego**  
- 19.01.2021 r.

**Wykonawcy**  
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: **zapytania ofertowego na dostawę rękawic diagnostycznych** - ZPO:ZP/1/2021.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do treści zapytania ofertowego, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

**1. Dotyczy zadanie 1,2.**

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarach XS,S,M,L,XL – norma klasyfikująca rękawice jako wyrób medyczny przewiduje tylko w/w rozmiary, zatem producenci rękawic wytwarzają rękawice tylko w tych 5 rozmiarach zapisanych w normie.

**Odpowiedź:** W zadaniu Nr 1 i 2 dopuszczamy rękawice w rozmiarach XS, S, M, L, XL. Pozostałe parametry bez zmian.

**2. Dotyczy zadanie 1,2,3.**

Czy zamawiający dopuści przedłożenie wzorów rękawic, pozycja 1,2 np. rozmiar M – 10 par, pozycja 3 rozmiar 7,5 - 2 pary?

**Odpowiedź:** Nie zmieniamy liczby wymaganych próbek w każdej pozycji (zadaniu). Jeśli chodzi o rozmiary rękawic prosimy, aby dostarczone próbki były przynajmniej w 3 rozmiarach z każdej pozycji (**np.:** Zad. 1 i 2: S, M, L; Zad. 3: 7,5, 8,0, 8,5) co pozwoli osobom oceniającym (testującym) próbki na założenie ich bez zbędnego dyskomfortu.

**3. Dotyczy: ocena kryteriów jakości.**

Zamawiający w treści zapisów zapytania zawierających kryteria jakości nie doprecyzował min. terminu dostawy - czy za minimalny termin dostawy należy przyjąć 1 dzień roboczy?

**Odpowiedź:** Tak - w kryterium „**termin dostawy**” Wykonawca zobowiązany jest wyrazić swoją propozycję w tym zakresie w pełnych **dniach roboczych**, a więc minimalną jednostką w tym kryterium ceny oferty jest 1 dzień roboczy, ale nie więcej niż 3 dni robocze (co zostało już wskazane w treści zapytania ofertowego).

Pełne dni robocze - zgodnie z zapisem wyjaśniającym na końcu formularza ofertowego - liczone są od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie zadania nr 1 poz. 1 rękawic: rękawice diagnostyczne nitylowe bezpudrowe, niesterylne o rozmiarach S, M, L, XL, AQL=1,5 - jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa. Grubość na palcu >0,08mm, na dłoni > 0,06mm - na pojedynczej ścianie. Oznakowane i klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii I, zgodnie z normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN374-2, EN 420, ASTM F 1671. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się m.in. następujące informacje: nazwa producenta, nazwa**

*rękawic, rozmiar, nr serii, data ważności, poziom AQL. Obserwując inne postępowania przetargowe można zauważyć, że rękawice w III kategorii ŚOI są droższe nawet o 6,00 zł netto, co przy zamówieniu 2 500 op. daje różnicę 15 000,00 zł netto, którą Zamawiający może zaoszczędzić.*

*Spółka oferuje swoim klientom wysokiej jakości produkty, które są użytkowane przez personel medyczny w krajach Europy wschodniej i zachodniej. Przebadanie i oznaczenie zgodnie z unijną normą EN 455 zapewnia bezpieczeństwo ich stosowania, zarówno przed jak i w czasie epidemii.*

**Odpowiedź:** Dopuszczamy w Zadaniu Nr 1 rękawice z  $AQL \leq 1,5$ .

Jednocześnie podtrzymujemy pozostałe wymagania (parametry techniczno-użytkowe) w odniesieniu do rękawic określonych w Zadaniu Nr 1, także w zakresie środka ochrony osobistej kategorii III, gdyż są one przeznaczone zarówno do ochrony pacjenta, jak i pracowników (personelu) przed wzajemnymi zakażeniami.

**5. Zadanie 1, pozycja 1.** *Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach XS-XL, o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,06mm+/-0,01 na pojedynczej ściance?*


**Odpowiedź:** Dopuszczamy rękawice w rozmiarach XS-XL, o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,06mm+/-0,01 na pojedynczej ściance. Pozostałe parametry bez zmian.

**6. Zadanie 3, pozycja 1.** *Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/-0,02, na dłoni 0,14mm+/-0,02?*

**Odpowiedź:** Dopuszczamy rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/-0,02, na dłoni 0,14mm+/-0,02. Pozostałe parametry bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie wyjaśnień, dokonanych zmian i udzielonych odpowiedzi w przygotowywanej i składanej ofercie oraz przygotowanie wypełnionych specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowych dla Zadań N 1 - 3 z uwzględnieniem ich ujednoliconej treści. Ujednolicone specyfikacje cenowe udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
im. Ks. Jerzego Popiełuszki  
mgr Grażyna Śmiarowska