



Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
Tel/fax: (56) 657 42 90, NIP: 879-21-78-018

Nr postępowania - ZPO:ZP/2/2021

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego
- 09.02.2021 r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: **zapytania ofertowego na dostawę rękawic diagnostycznych - ZPO:ZP/2/2021.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do treści zapytania ofertowego, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

1. Dotyczy Zadania 2.

Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe o grubości na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,08 mm na pojedynczej ścianie?

Odpowiedź: W zadaniu Nr 2 dopuszczamy rękawice winylowe o grubości na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,08 mm na pojedynczej ścianie.

2. Dotyczy Zadania 2.

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści również rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, niesterylne o rozmiarach XS, S, M, L, XL, AQL 1,5. Grubość na palcu 0,08mm +/- 0,02mm, grubość na dłoni 0,08mm +/- 0,02mm, grubość na mankiecie 0,06mm +/- 0,02mm. Długość min. 240mm. Powierzchnia zewnętrzna gładka. Kształt uniwersalny. Oznakowane i klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się m.in. następujące informacje: nazwa producenta, nazwa rękawic, rozmiar, nr serii, data ważności, poziom AQL. Opakowanie 100 sztuk.

Odpowiedź: Dopuszczamy w Zadaniu Nr 2 rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, niesterylne o proponowanych parametrach.

Prosimy o uwzględnienie wyjaśnienia i dokonanej zmiany w przygotowywanej i składanej ofercie oraz przygotowanie wypełnionej specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej z uwzględnieniem ujednoliconej treści. Ujednolicona specyfikacja cenowa w Zad. Nr 2 udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
im. Ks. Jerzego Popiełuszki

mgr Grażyna Śmiarowska