

Toruń, dnia 08.05.2023

Zamawiający:  
**Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy**  
im. ks. Jerzego Popiełuszki  
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń  
tel./fax: (056) 657-42-90  
adres strony internetowej: [www.zpotorun.pl](http://www.zpotorun.pl)  
e-mail: [zpo@zpotorun.pl](mailto:zpo@zpotorun.pl)

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r. - zamówienie o wartości mniejszej niż 130.000 zł (art. 2 ust. 1 pkt. 1),  
Postępowanie prowadzone w trybie procedury wewn. „zapytania ofertowego”, którego warunki określa niniejszy dokument.

Nr postępowania: ZPO:ZP/5/2023

przedmiot zamówienia: **dostawa zestawów (materacy przeciwoodleżynowych z pompą) - 21 kpl.**  
**oraz respiratora - 1 szt.**

#### I. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w treści niniejszego zapytania ofertowego. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne **pełnomocnictwo**.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia **podwykonawcy**.  
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazwy podwykonawcy, o ile są znani na etapie składania ofert.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta ta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego, opatrzonej danymi Wykonawcy (nazwa i adres) oraz napisem: „**Oferta na dostawę zestawów (materacy) przeciwoodleżynowych - 21 kpl. oraz respiratora - 1 szt.**”.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania i opakowania (oferty), braku którejkolwiek z informacji podanej na kopercie lub przesłania oferty na niewłaściwy adres siedziby Zamawiającego.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

#### II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty wymagane w ofercie. Podstawy odrzucenia oferty.

1. Przedłożona oferta musi zawierać n/w dokumenty:
  - a) wypełniony „**formularz ofertowy**” wg wzoru w **Zal. Nr 1 do zapytania ofertowego**.
  - b) wypełniony druk „**specyfikacji asortymentowo-cenowej**” wg wzoru w **Zal. Nr 2/1 i 2/2**.
  - c) wypełniony druk „**parametrów techn.-użytkowych przedmiotu zamówienia**” wg wzoru w **Zal. Nr 3/1 i 3/2**.
  - d) odpis z właściwego rejestru handl. albo wydruk z centralnej ewidencji i informacji o dział. gospodarczej.
  - e) deklaracja zgodności oraz certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające, że oferowane wyroby zgodnie z *ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 974, rozporządzeniem PE i Rady 2017/745 z 05.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych*, dopuszczone są do obrotu i używania m.in. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – **wymóg dotyczy tylko wyrobów medycznych**.  
*Jeżeli oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym lub jest wyrobem medycznym niepodlegającym dodatkowej certyfikacji jednostki notyfikowanej, Wykonawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie (wyjaśnienie) w tym zakresie z podaniem przyczyny, chyba że z innych dokumentów oferty wynika to jednoznacznie.*
  - f) ulotka/folder prezentująca wygląd i zawierająca opis podstawowych parametrów technicznych oferowanego wyrobu.

2. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub złożone oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierają błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień **w terminie przez siebie wskazanym**, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia **w terminie przez siebie wskazanym**, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w pkt. 5 niniejszego rozdziału.

5. Zamawiający dokona poprawienia w ofertach:

- 1) oczywistych omyłek pisarskich;
- 2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem, że poprawienie takiej omyłki będzie skuteczne, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na jej poprawienie.

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

- a) nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym,
- b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- c) jest nieważna na podstawie innych przepisów prawa,
- d) nie zostanie złożona w formie i w sposób określony w zapytaniu ofertowym,
- e) wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;
- f) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

6.1. O fakcie odrzucenia oferty zamawiający informuje niezwłocznie wykonawcę podając uzasadnienie.

### **III. Określenie przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu n/w wyrobów i sprzętu medycznego:

- 1) Zadanie Nr 1: **dostawa zestawów (materacy przeciwoleżynowych z pompami) - 21 kpl.**
- 2) Zadanie Nr 2: **dostawa respiratora – 1 szt.**

1.1. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianych wyrobów i sprzętu, wymagane warunki gwarancji i serwisu określają Załączniki Nr 3/1 - 3/2 do zapytania, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 2 zadania.

2. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć wyroby i sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać ich montażu i instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania prezentacji w swojej siedzibie oferowanych wyrobów w Zadania Nr 1 w terminie max. 5 dni od dnia złożenia wniosku, jeśli będą wątpliwości co do posiadanych parametrów i funkcji wyrobów lub zaistnieje okoliczność nie dająca się wyjaśnić w inny sposób.

4. Dostarczony przedmiot umowy musi spełniać wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania wprowadzenia do obrotu i do używania (w szczególności w zakresie bezpieczeństwa), fabrycznie nowy (w tym niepowystawowy i nieregenerowany), kompletny, sprawny i gotowy do używania w działalności leczniczej, a używanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem nie będzie stanowić naruszenia praw Wykonawcy, producenta lub innych osób, w szczególności patentów ani innych praw z zakresu własności przemysłowej lub praw autorskich i nie będzie wymagać uzyskania żadnych dodatkowych zgód lub licencji.

5. **Termin dostawy (realizacji):** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie wg zaproponowanych w ofercie warunków w tym zakresie, przy uwzględnieniu progu (terminu) maksymalnego określonego we wzorze formularza ofertowego - **Zał. Nr 1** do zapytania. Termin dostawy przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem montażu i instalacji należy określić w formularzu ofertowym - **Zał. Nr 1** do zapytania, podając liczbę dni od dnia podpisania umowy.

**6. Okres gwarancji na oferowane wyroby i sprzęt:** wg zaproponowanych warunków w „formularzu ofertowym” - Zał. Nr 1 do zapytania, **ale nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostawy.**

**7. Zamawiający dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych z podziałem na zadania.

**8. Zamawiający nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.

**9. Warunki płatności za realizowane dostawy:** przelew w terminie **30 dni** od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury po dostawie i instalacji przedmiotu umowy.

**10. Określenie ceny oferty.**

10.1. Zamawiający wymaga podania cen jedn. netto sprzętu, stawkę podatku VAT, wartość netto pozycji ogółem, wartość brutto zamówienia ogółem. Wykonawca musi sporządzić specyfikację cenową w PLN wg **Zał. Nr 2/1 i 2/2** do niniejszego zapytania.

10.2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty transportu do Zamawiającego.

10.3. Cena oferty łączna oraz poszczególne ceny (wartości) składające się na cenę łączną muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - *cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.*

Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

**11.** Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego w **formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do zapytania)**, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

#### **IV. Zasady wyboru oferty najkorzystniejszej.**

1. Oceniane kryteria i ich znaczenie:

Wszystkie ważne oferty złożone w niniejszym postępowaniu oceniane będą wg nast. kryteriów:

L.p	KRYTERIUM	RANGA/ZNACZENIE
1.	Cena	85 %
2.	Okres gwarancji	10 %
3.	Termin dostawy	5 %
	OGÓLEM	<b>100%</b>

2. Sposób oceny poszczególnych kryteriów określa Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

#### **V. Wskazanie miejsca i terminu składania oraz otwarcia ofert.**

**1. Oferty należy składać do dnia 16.05.2023 r., godz. 15<sup>00</sup> w:**

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki,  
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń - sekretariat

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

**2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.05.2023 r., godz. 15<sup>15</sup>** w gabinecie Dyrektora. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny ofert.

#### **VI. Termin związania warunkami oferty.**

1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 45 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

2. W toku postępowania Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się z wnioskiem do Wykonawców o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni.

3. Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłużyć termin związania ofertą.

## **VII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.**

Wszelkie istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 - wzór przysłej umowy.

## **VIII. Inne postanowienia.**

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści je na stronie internetowej. W przypadku, gdy zmiana treści zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, aby dać Wykonawcom dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „zapytania ofertowego”, jednak nie później niż 2 dnia po otrzymaniu od Zamawiającego lub po zamieszczeniu zapytania ofertowego na stronie internetowej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w 2 dniu przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści „zapytania ofertowego”. Zamawiający prześle treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym przekazano „zapytanie ofertowe” lub zamieści je na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego tj.: **przy użyciu środków komunikacji elektronicznej** w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres: **zpo@zpotorun.pl**

4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest mgr Aleksandra Wachowiak-Kaźmierczak, tel. (56) 65-74-290.

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadamia wykonawców **drogą elektroniczną**, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty podając jej nazwę, adres siedziby oraz uzasadnienie wyboru. Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub pozostawić postępowanie bez rozstrzygnięcia.

7. Zamawiający **unieważnia postępowanie** w trybie zapytania ofertowego jeżeli:

- a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
- b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,
- d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wybór oferty i zawarcie umowy.

7.1. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie i równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
  - 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
- podając uzasadnienie.

Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Umowę w formie pisemnej w sprawie udzielenia zamówienia zawiera się nie wcześniej niż po 2 dniach od zatwierdzenia protokołu postępowania i wysłania zawiadomienia o wyborze oferty do wszystkich, którzy złożyli oferty, chyba że w danym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

9. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.

10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy instrukcji (regulaminu) wewnętrznego Zamawiającego dotyczącej trybu „zapytania ofertowego”, a w przypadku braku regulacji - decyzje indywidualne kierownika Zamawiającego.

## **IX. Wykaz załączników stanowiących integralną część zapytania ofertowego:**

1. Wzór „formularza ofertowego” - **Załącznik Nr 1.**
- 2) Wzór specyfikacji cenowej przedmiotu zamówienia - **Załącznik Nr 2/1 - 2/2.**
- 3) Określenie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – **Załączniki Nr 3/2 - 3/2.**
- 4) Sposób oceny kryteriów oceny ofert - **Załącznik Nr 4.**
- 5) Wzór umowy na dostawę przedmiotu zamówienia - **Załącznik Nr 5.**

ZATWIERDZAM

**Załącznik Nr 1**  
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/5/2023

.....  
pieczętka firmowa oferenta)

**Formularz ofertowy**

**I. Dane Wykonawcy:**

1. Pełna nazwa: .....  
2. Adres:.....  
NIP: ..... REGON: ..... PESEL (dotyczy osoby fizycznej): .....  
Nr tel. ....  
fax: .....  
email: .....

**II. Przedmiot zamówienia:**

Oferta dotyczy postępowania w trybie procedury wewnętrznej „zapytania ofertowego” prowadzonego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu na **dostawę zestawów (materacy przeciwoleżynowych z pompami) - 21 kpl. oraz respiratora - 1 szt.**

**III. Cena przedmiotu zamówienia:**

**1. Cena za dostawę zestawów (materacy przeciwoleżynowych z pompami) - 21 kpl.,** zgodnie z wyliczeniem wynikającym ze specyfikacji cenowej - Zał. Nr 2/1 do zapytania ofertowego.

a) cena netto ogółem: .....  
słownie:.....  
wartość VAT: ..... słownie: .....  
**cena brutto ogółem:** ..... słownie: .....

b) okres gwarancji:

.....  
(określić: **nie krócej niż 24 miesiące\*\*** od dnia odbioru i instalacji)

c) termin dostawy:

.....  
(określić: **nie dłużej niż 30 dni\*\*** od dnia podpisania umowy)

**2. Cena za dostawę respiratora - 1 szt.,** zgodnie z wyliczeniem wynikającym ze specyfikacji cenowej - Zał. Nr 2/2 do zapytania ofertowego.

a) cena netto ogółem: .....  
słownie:.....  
wartość VAT: ..... słownie: .....  
**cena brutto ogółem:** ..... słownie: .....

b) okres gwarancji:

.....  
(określić: **nie krócej niż 24 miesiące\*\*** od dnia odbioru i instalacji)

c) termin dostawy:

.....  
(określić: **nie dłużej niż 30 dni\*\*** od dnia podpisania umowy)

IV. Termin płatności za dostawy/usługi będące przedmiotem zamówienia: **30 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

V. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do zapytania ofertowego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

VI. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 45 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VII. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie\*/ nie będzie\*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. ...., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: .....

**UWAGA!** - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

### VIII. Inne informacje Wykonawcy:

w tym informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia (*podać części zamówienia, które Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy, o ile jest znany na etapie składania oferty*): .....

IX. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.....  
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

X. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania określonymi w „zapytaniu ofertowym” i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

### UWAGI!

\* *niepotrzebne skreślić*

\*\* *przez określenie „godziny”, „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni (24 godziny/ 1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane (odpowiednio do konkretnych wymagań wskazanych w treści niniejszego formularza ofertowego) pod rygorem odrzucenia oferty.*

*Termin dostaw należy więc określić w „dniach”, a okres gwarancji w „miesiącach”.*

*W przypadku wpisania w formularzu ofertowym warunków w zakresie „terminu dostawy” poprzez użycie wyrażenia „dni robocze”, Zamawiający przyjmie, że chodzi tu o „dni” zgodnie ze sposobem oceny przyjętym w zapytaniu ofertowym.*

*Zaoferowanie warunków w kryterium „okresu gwarancji” poniżej ustalonego progu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.*

*Zaoferowanie warunków (terminu) w kryterium „terminu dostawy” powyżej ustalonego progu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.*

.....  
(data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Specyfikacja cenowa**

przedmiot zamówienia: **dostawa zestawów (materace przeciwdleżynowe z pompami) - 21 kpl.**  
- Zadanie Nr 1

Producent oferowanego wyrobu: .....

(podać)

Typ/model: .....

(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2022

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto pozycji razem	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto pozycji razem
1.	<b>Zestawy (materace przeciwdleżynowe z pompami)</b> <i>wg opisu i zakresu określonego w Zał. Nr 3/1 do zapytania ofertowego</i>	<b>21</b>					
<b>Wartość netto i brutto ogółem Zadania Nr 1:</b>				.....		.....	.....

Słownie wartość brutto ogółem:

.....

.....  
data

.....  
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**Specyfikacja cenowa**  
przedmiot zamówienia: **dostawa respiratora - 1 szt.**  
- Zadanie Nr 2

Producent oferowanego urządzenia: .....  
(podać)

Typ/model: .....  
(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2022

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto pozycji razem	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto pozycji razem
1.	<b>Respirator</b> <i>wg opisu i zakresu określonego w Zał. Nr 3/2 do zapytania ofertowego.</i>	<b>1</b>					
<b>Wartość netto i brutto ogółem Zadania Nr 2:</b>				.....		.....	.....

Słownie wartość brutto ogółem:

.....

.....  
data

.....  
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)



**SPECYFIKACJA parametrów techniczno-użytkowych**

oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia: **dostawa zestawów (materacy przeciwoleżynowych z pompami) - 21 kpl.**  
- Zadanie Nr 1

Typ/Model (podać): .....  
Producent (podać): .....  
Rok produkcji (nie wcześniej niż **2022**): .....

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Parametry wymagane	Parametry oferowane <i>(potwierdzić parametry oferowanego wyrobu poprzez „TAK” jeśli są takie same-identyczne lub opisać-określić odpowiednio do wymogów tam, gdzie jest to wskazane)</i>	Parametry oceniane
<b>I.</b>	<b>Zestaw (materac przeciwoleżynowy z pompą) do opieki długoterminowej i dla osób trwale unieruchomionych - 21 kpl.</b>	TAK		x
1	Materac powietrzny, przeciwoleżynowy, zmiennociśnieniowy z pompą o funkcjach terapeutycznych; długość i szerokość materaca dopasowana do leża.	TAK		x
2	Materac zalecany w zapobieganiu i/lub leczeniu odleżyn $\leq$ III°.	TAK		x
3	Pokrowiec wykonany z poliuretanu lub poliestru powlekanego poliuretanem	TAK		x
4	Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną min. 160 kg	TAK		x
5	Pompa automatycznie dostosowuje ciśnienie wewnątrz materaca do wskaźnika masy ciała (BMI) oraz pozycji pacjenta w cyklu co 10 +/- 3 minut.	TAK, określić oferow. parametr		x
6	Pokrowiec materaca bakteriostatyczny, paroprzepuszczalny.	TAK		x
7	Materac dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta, zmniejszający tarcie i ryzyko powstania odleżyn.	TAK		x
8	Materac powietrzny wyposażony w min. 18 wymiennych komór poprzecznych.	TAK, określić oferow. parametr		x
9	Materac 2-sekcyjny o wysokości 11 cm +/- 1 cm. Materac przewidziany do ułożenia na materacu gąbkowym znajdującym się na konstrukcji łóżka.	TAK, określić oferow. parametr		x
10	Konstrukcja materaca ze zintegrowanym wkładem powietrznym o stałym ciśnieniu na którym spoczywają komory powietrzne zmiennociśnieniowe. System pasów mocujących do ramy leża + 4 uchwyty transportowe.	TAK		x
11	Materac wyposażony w system pozwalający na odprowadzenie wilgoci i ciepła z wnętrza materaca, co pozwoli osuszyć powietrze otaczające komory i zapewnić pacjentowi większy komfort. <i>Dopuszczamy materac odprowadzający wilgoć poprzez perforację.</i>	TAK, określić oferow. parametr		x
12	Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR.	TAK		x
13	Możliwość wypuszczenia powietrza z materaca nawet w trakcie transportu	TAK		x

14	Pompa materaca pracująca w dwóch trybach: - aktywny o zmiennym ciśnieniu - pasywny o stałym ciśnieniu.	TAK		x
15	Pompa wyposażona w przyciski lub pokrętło do regulacji komfortu pacjenta celem zmiany twardości lub miękkości materaca celem lepszego dostosowania do potrzeb pacjenta. Dopuszczamy materac z manualną regulacją ciśnienia za pomocą pokrętła w zależności od wagi i pozycji pacjenta z pompą pracującą w dwóch trybach: zmiennociśnieniowym i statycznym.	TAK, określić oferow. parametr		x
16	Pompa materaca wyposażona w przycisk natychmiastowego utwardzenia powierzchni dla czynności pielęgnacyjnych. Czas utwardzenia ≤ 30 min w zależności od czasu trwania procedur medycznych. Po tym czasie pompa wraca do trybu zmiennociśnieniowego. <i>Dopuszczamy materac z możliwością utwardzenia powierzchni dla czynności pielęgnacyjnych poprzez uruchomienie trybu statycznego i ustawienie manualnie.</i>	TAK, określić oferow. parametr		x
17	Masa materaca nie większa niż 13 kg	TAK, określić oferow. parametr		x
18	Masa pompy nie większa niż 3,9 kg	TAK, określić oferow. parametr		x
19	Pompa materaca z alarmem wizualnym i akustycznym niewłaściwego ciśnienia informującym personel o awarii bez konieczności manualnego sprawdzenia szczelności materaca. Pompa z automatyczną blokadą panelu sterowania chroniącą pacjenta przed przypadkowym wprowadzeniem zmian ustawień lub przez osoby nieuprawnione.	TAK		x
20	Zestaw rur łączących pomiędzy pompą, a materacem powietrznym o konstrukcji z zabezpieczeniem przed złamaniem, dzięki któremu nie dojdzie do zgniecenia i zahamowania przepływu powietrza.	TAK		x
21	Automatyczny tryb transportowy po odłączeniu zestawu rur łączących od pompy (zawór zamyka automatycznie odpływ powietrza)	TAK		x
22	Materac wyposażony w specjalne kanały do mocowania przewodu zasilającego w dolnej części materaca tak, aby zapobiec opadaniu na ziemię.	TAK		x
23	Pompa wyposażona w filtr włączanego do materaca powietrza	TAK		x
24	Pompa wykonana z tworzywa ABS o stopniu ochrony przed zalaniem IP21	TAK		x
25	Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej	TAK		x
26	Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej w temp. do min. 80°C	TAK		x
27	Pokrowiec z możliwością suszenia w suszarce w temp. do min. 80°C	TAK		x
28	Przewód zasilający o długości min. 400 cm	TAK		x

II	Pozostałe wymagania: <b>szkolenia, warunki gwarancji i serwisu</b>	TAK		X
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		X
2.	Instalacja sprzętu wraz ze <b>szkoleniem</b> personelu w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Szkolenie nastąpi przy odbiorze przedmiotu umowy, a jeśli zajdzie potrzeba to także w terminie 2 miesięcy od daty odbioru po uzgodnieniu daty między stronami.	TAK		X
3.	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji	TAK podać		X
4.	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz <b>przeglądy techniczne</b> przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji).	TAK		X
5.	Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu	Opisać i podać proponowane środki dezynf.		X
6.	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki	TAK		X
7.	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK		X
8.	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 14 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK		X
9.	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 14 dni roboczych (w przypadku nie udostępnienia sprzętu o porównywalnych parametrach, Wykonawca będzie obciążony karami umownymi za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej).	TAK		X
10.	Czas naprawy gwarancyjnej (nie dłuższy niż 14 dni roboczych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu	TAK		X
11.	Punkty serwisowe upoważnione do wykonywania napraw gwarancyjnych.	TAK (podać: nazwę, adres i nr tel. serwisu)		X

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....  
data

.....  
(podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)

**SPECYFIKACJA parametrów techniczno-użytkowych**  
oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia: **dostawa respiratora 1 szt.**  
- Zadanie Nr 2

Typ/Model (podać): .....  
Producent (podać): .....  
Rok produkcji (nie wcześniej niż **2022**): .....

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Parametry wymagane	Parametry oferowane <i>(potwierdzić parametry oferowanego wyrobu poprzez „TAK” jeśli są takie same-identyczne lub opisać-określić odpowiednio do wymogów tam, gdzie jest to wskazane)</i>	Parametry oceniane
<b>I.</b>	<b>Respirator</b> do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej - <b>1 szt.</b>	TAK		x
1	Możliwość stosowania obwodów: jednorurowy przeciekowy oraz jednorurowy z zastawką.	TAK		x
2	Możliwość stosowania z obwodami o oddechowymi o średnicy: 10, 15 i 22 mm	TAK		x
4	Aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi 5 kg.	TAK		x
5	Możliwość zaprogramowania minimum 2 programów terapeutycznych	TAK		x
6	Waga aparatu max. 3.2 kg	TAK, określić oferow. parametr		x
7	Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej min. 7 cali.	TAK		x
8	Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez dotykowe przyciski.	TAK		x
9	Samoczynna blokada ekranu	TAK		x
10	Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny)	TAK		x
11	Respirator przystosowany do pracy ciągłej	TAK		x
12	Dostępne tryby pracy: z docelową objętością i ciśnieniem, CPAP, S, T, ST, PAC, PC, ACV, CV, PS z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV, PACV z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV, PCV, P-SIMV, V-SIMV	TAK		x
13	Tryb pracy respiratora ustawiany w oparciu o docelową wentylację pęcherzykową z automatyczną regulacją częstotliwości oddechów	TAK		x
14	Możliwość ustawień wentylacji przez ustnik	TAK		x
15	Regulowane wyzwalacze ciśnieniowy i objętościowy o regulacji min. 5 stopni	TAK, określić oferow. parametr		x
16	Regulacja częstości oddechu	TAK		x
17	Zakres generowanych ciśnień: IPAP: min. 2-50 mbar, EPAP: min. 0-25 mbar, CPAP: min. 3-20 mbar	TAK		x

18	Objętość oddechowa nastawiana (Vt): min. 50 - 2500 ml	TAK, określić oferow. parametr		x
19	Monitorowanie: -Krzywe: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym, -Graficzny wskaźnik ciśnienia aktualnego, PEEP/EPAP, średniego. -Pomiar przecieków niezamierzonych, -wskaźnik ciśnienia szczytowego, - Indeks dyszenia RSBI (f/Vt), -Pomiar wskaźnika I:E -Pomiar w % oddechów inicjowanych i kończonych przez pacjenta.	TAK		x
20	Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich minimum 7 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem	TAK, określić oferow. parametr		x
21	Oprogramowanie do analizy danych	TAK		x
22	Alarmy: - Awarii zasilania, - Braku ładowania, - Krytycznego poziomu naładowania baterii wewnętrznej, - Braku przejścia testu, - Niewłaściwej konfiguracji urządzenia , - Wysokiej nieuszczelnności, - Objętości oddechowej wdechowej i wydechowej (niska, wysoka), - Wentylacji minutowej wdechowej i wydechowej (wysoka, niska), - Wysokiego poziomu ciśnienia i/lub niedrożności, - Niskiego poziomu ciśnienia, - Niskiej i wysokiej częstości oddechowej, - Bezdechu (z możliwością regulacji czasu reakcji), - Niskiego i wysokiego PEEP, - Niskiego poziomu naładowania baterii, - Alarm bezdechu z możliwością wyboru: tylko alarm lub alarm z wentylacją bezdechu, - Alarm bezdechu z możliwością wyboru: bezdech pacjenta lub każdy bezdech	TAK		x
23	Dostępny ekran z podglądem aktywnych alarmów	TAK		x
24	Zintegrowana litowo-jonowa bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 8 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora.	TAK, określić oferow. parametr		x
II	Pozostałe wymagania: <b>szkolenia, warunki gwarancji i serwisu</b>	TAK		x
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		x
2.	Instalacja sprzętu wraz ze <b>szkoleniem</b> personelu w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Szkolenie nastąpi przy odbiorze przedmiotu umowy, a jeśli zajdzie potrzeba to także w terminie 2 miesięcy od daty odbioru po uzgodnieniu daty między stronami.	TAK		x
3.	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji	TAK podać		x

4.	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz <b>przeglądy techniczne</b> przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji).	TAK		X
5.	Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu	Opisać i podać proponowane środki dezynf.		X
6.	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki	TAK		X
7.	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK		X
8.	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 14 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK		X
9.	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 14 dni roboczych (w przypadku nie udostępnienia sprzętu o porównywalnych parametrach, Wykonawca będzie obciążany karami umownymi za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej).	TAK		X
10.	Czas naprawy gwarancyjnej (nie dłuższy niż 14 dni roboczych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu	TAK		X
11.	Punkty serwisowe upoważnione do wykonywania napraw gwarancyjnych.	TAK (podać: nazwę, adres i nr tel. serwisu)		X

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....  
data

.....  
(podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego ZPO:ZP/5/2023

### Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, sposób oceny

Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg nast. kryteriów:

L.p	KRYTERIUM	RANGA/ZNACZENIE
1.	Cena	85 %
2.	Okres gwarancji	10 %
3.	Termin dostawy	5 %
	OGÓLEM	<b>100%</b>

#### 1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena oferty badanej nieodrzuconej}} \times 100 \times 85\%$$

#### 2. Przeliczenie w kryterium okresu gwarancji

$$\text{PKT} = \frac{\text{Okres gwarancji nieodrzuconej oferty badanej}}{\text{Najdłuższy okres gwarancji spośród nieodrzuconych ofert}} \times 100 \times 10\%$$

#### 3. Przeliczenie w kryterium terminu dostawy

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin dostawy spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Termin dostawy nieodrzuconej oferty badanej}} \times 100 \times 5\%$$

**Załącznik nr 5**  
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/5/2023

Wzór przyszłej umowy z istotnymi postanowieniami  
UMOWA Nr ZPO:ZP/5/2023  
podpisana w dniu .....r. w Toruniu

pomiędzy:

.....  
.....

reprezentowaną przez:

.....

zwaną w dalszej treści umowy **Wykonawcą**

a

**Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym**

im. ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 TORUŃ

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000009548, REGON: 871219178, NIP: 879-21-78-018, BDO: 000101913,

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Aleksandrę Wachowiak-Kaźmierczak

zwanym w dalszej treści **Zamawiającym**

o następującej treści:

**§ 1**

1. W wyniku przeprowadzonej procedury wewnętrznej w trybie „zapytania ofertowego”, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę zestawów (materacy przeciwodleżynowych z pompami) - 21 kpl.** zawartych w Zadaniu Nr 1 / oraz **respiratora - 1 szt.** zawartego w Zadaniu Nr 2, zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
  - specyfikacja cenowa – Załącznik Nr 1.
  - specyfikacja techniczna (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr 2.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia .....2023 r.
4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania wprowadzenia do obrotu i do używania (w szczególności w zakresie bezpieczeństwa), jest fabrycznie nowy (w tym niepowystawowy i nieregenerowany), kompletny, sprawny i gotowy do używania w działalności leczniczej, a używanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem nie będzie stanowić naruszenia praw Wykonawcy, producenta lub innych osób, w szczególności patentów ani innych praw z zakresu własności przemysłowej lub praw autorskich i nie będzie wymagać uzyskania żadnych dodatkowych zgód lub licencji.
5. Wykonawca oświadcza, że jako profesjonalista, wykona niniejszą umowę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zasadami bhp, i z najwyższą starannością.

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie **.... dni** od podpisania umowy, na koszt własny wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego w Toruniu.
2. Przez datę dostawy rozumie się datę, w której Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona jego montażu oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi.
3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 dokonać montażu przedmiotu umowy oraz przeszkolić personel Zamawiającego z zakresu obsługi przedmiotu umowy.



4. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
5. W razie przekraczającej 30 dni zwłoki Wykonawcy w dostawie i zamontowaniu przedmiotu umowy lub jego części, a także w razie dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części obejmującej przedmiot umowy niedostarczony w terminie lub przedmiot umowy wadliwy. Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy 7-dniowy termin.
6. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.

### § 3

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy ..... miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru i montażu (instalacji) przedmiotu umowy u Zamawiającego przez Strony umowy.
2. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu na zgłoszenie o zaistniałej awarii z podjęciem naprawy, nie dłuższy niż 48 godzin w dni robocze (tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii. Informacje o awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy pod nr telefonu: ..... lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ..... W ww. terminie Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, czy naprawa nastąpi z użyciem czy bez użycia części zamiennych; brak zawiadomienia w ww. terminie będzie oznaczać, że naprawa nastąpi bez użycia części zamiennych.
3. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji czas skutecznej naprawy przedmiotu umowy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. 3 dni robocze (tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
4. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji czas skutecznej naprawy przedmiotu umowy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. 14 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
5. W przypadku naprawy przedmiotu umowy trwającej powyżej 14 dni roboczych okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
6. Wykonawca zapewnia w ramach ceny oferty wykonywanie wszystkich napraw gwarancyjnych oraz przeglądów technicznych gwarancyjnych przewidzianych przez producenta - przeglądy nie rzadziej niż jeden raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji.
7. Gwarancja obejmuje w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:
  - a) uszkodzenia i wady dostarczanego przedmiotu umowy wynikłe na skutek:
    - eksploatacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi przedmiotu umowy, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
    - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
  - b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);
  - c) materiały eksploatacyjne.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego.
9. Jeżeli dostarczona karta gwarancyjna będzie zawierać jakiegokolwiek warunki gwarancji, będą one obowiązywać wyłącznie w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową. W razie sprzeczności pomiędzy warunkami gwarancji w karcie gwarancyjnej a postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności postanowieniami § 3 umowy, obowiązują postanowienia niniejszej umowy.
10. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, wynosi ilość miesięcy wskazaną w ust. 1 liczoną od daty podpisania protokołu odbioru i montażu (instalacji) przedmiotu umowy u Zamawiającego przez Strony umowy.

### § 4

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
  - a) 0,3% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,
  - b) 0,6% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dni.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, jeśli nie udostępni Zamawiającemu zastępczego wyrobu (urządzenia) o porównywalnych parametrach techniczno-użytkowych.

3. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 pkt. a) i b) oraz w ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy wobec której nastąpiło odstąpienie.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy wobec której nastąpiło odstąpienie.
6. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 5 ust.1.
7. Każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## § 5

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: .....zł netto + .... % VAT = .....zł brutto.  
Słownie: ..... zł brutto.
2. Należność za dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru i montażu (instalacji) ze szkoleniem personelu podpisany przez strony umowy.
3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekaze na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
4. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.
5. Wykonawca nie może przenieść ani obciążyć wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

## § 6

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

## § 7

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, w następujących sytuacjach i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
  - a) zmiany oferowanego typu/modelu przedmiotu umowy (wyrobu) na wyrób (urządzenie) o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż określony w ofercie, w cenie nie wyższej niż określona w ofercie, w przypadku:
    - wycofania po terminie składania ofert, z rynku przedmiotu umowy zaoferowanego w ofercie,
    - wstrzymania po terminie składania ofert, produkcji przedmiotu umowy zaoferowanego w ofercie,
    - innych istotnych okoliczności uniemożliwiających dostarczenie przedmiotu umowy zaoferowanego w ofercie.
  - b) zmiany stawki podatku VAT na sprzęt (wyroby) objęte przedmiotem umowy, które weszły w życie po terminie składania ofert – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
  - c) zajdzie potrzeba zmiany zakresu zamówienia, którego łączna wartość zmian jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
2. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane przez Stronę składającą wniosek.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.
4. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

#### **§ 8**

1. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r. tj. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2240 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem - *o ile to możliwe przy uwzględnieniu specyfiki niniejszego zamówienia* - minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust.1.
3. Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia (*dostawy wyrobów medycznych*) uznano, że nie ma potrzeby określania w treści umowy szczegółowych warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tego zamówienia.

#### **§ 9**

1. W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia sporu.
2. W przypadku braku załatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, spór rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 10**

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

#### **§ 11**

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

#### **§ 12**

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiającego, a 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: