



Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń,
tel./fax: (56) 657 42 90, NIP: 879-21-78-018

Toruń, dnia 24.09.2024

Nr sprawy - ZPO:ZP/15/2024

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania w trybie „zapytania ofertowego” na **dostawę koncentratorów tlenu - 3 szt.**
- ZPO:ZP/15/2024.

W związku z zapytaniami do „zapytania ofertowego” Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności montażu sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w siedzibie Zamawiającego. Oferowany koncentrator tlenu jest bardzo prosty w montażu oraz obsłudze. Urządzenie jest identyczne w obsłudze jak koncentratory z przepływem do 5 l/min, które zapewne Państwa personel doskonale zna. Montaż oraz szkolenie w siedzibie Zamawiającego spowoduje znaczne podniesienie ceny aparatów. Każdy z koncentratorów tlenu posiada instrukcję obsługi w języku polskim, a my także służymy pomocą telefoniczną w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w obsłudze urządzeń.

Odpowiedź: Podtrzymujemy wymóg w zakresie montażu koncentratorów ze szkoleniem personelu, gdyż w przypadku typu (modelu) sprzętu, który dotychczas nie był eksploatowany przez personel, w/w elementy mogą mieć wpływ na właściwą i bezpieczną obsługę.

2. Punkt I.9. Załącznika Nr 3 do zapytania ofertowego - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny koncentrator tlenu o następujących minimum alarmach:
- okres rozruchu, niskie stężenie tlenu, awaria, wymaganego serwisu, awarii zasilania, niepoprawnego ustawienia miernika przepływu, wysokiego/niskiego przepływu?

Odpowiedź: Dopuszczamy koncentrator tlenu o następujących minimum alarmach:
- okres rozruchu, niskie stężenie tlenu, awaria, wymaganego serwisu, awarii zasilania, niepoprawnego ustawienia miernika przepływu, wysokiego/niskiego przepływu?

3. Punkt I.4. Załącznika Nr 3 do zapytania ofertowego - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny koncentrator tlenu z wbudowanym czujnikiem ciągłego monitorowania poziomu tlenu?

Odpowiedź: Dopuszczamy koncentrator tlenu z „wbudowanym czujnikiem ciągłego monitorowania poziomu tlenu”.

Prosimy o uwzględnienie wyjaśnień i udzielonych odpowiedzi w przygotowywanej i składanej ofercie oraz przygotowanie specyfikacji parametrów techniczno-użytkowych z uwzględnieniem wskazanych dopuszczeń.

Odpowiednio zmieniony i ujednolicony **Zał. Nr 3** (specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych) zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wyjaśnienia (dopuszczenia) w załączniku dla czytelności oznaczono kursywą.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
im. ks. Jerzego Popiełuszki

Aleksandra Wachowiak-Kaźmierczak