

Toruń, dnia 13.01.2026

Zamawiający:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
tel./fax: (056) 657-42-90

adres strony internetowej: www.zpotorun.pl, e-mail: zpo@zpotorun.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r. - zamówienie o wartości mniejszej niż 170.000 zł (art. 2 ust. 1 pkt. 1).
Postępowanie prowadzone w trybie procedury wewn. „zapytania ofertowego”, którego warunki określa niniejszy dokument.

Nr postępowania: ZPO:ZP/1/2026
przedmiot zamówienia: **dzierżawa respiratorów**

I. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w treści niniejszego zapytania ofertowego. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne **pełnomocnictwo**.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazwy podwykonawcy, o ile są znani na etapie składania ofert.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta ta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego, opatrzonej danymi Wykonawcy (nazwa i adres) oraz napisem: „**Oferta na dzierżawę respiratorów**”.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania i opakowania (oferty), braku którejkolwiek z informacji podanej na kopercie lub przesłania oferty na niewłaściwy adres siedziby Zamawiającego.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty wymagane w ofercie. Podstawy odrzucenia oferty.

I. Przedłożona oferta musi zawierać n/w dokumenty:

- a) wypełniony „**formularz ofertowy**” wg wzoru w *Zal. Nr 1*.
- b) wypełniony druk „**specyfikacji cenowej**” wg wzoru w *Zal. Nr 2*.
- c) wypełniony druk „**parametrów techn.-użytkowych przedmiotu zamówienia**” wg wzoru w *Zal. Nr 3*.
- d) oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów (*odpowiednio do specyfikacji wyrobu: aktualna deklaracja zgodności, certyfikat jednostki notyfikowanej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 974, rozporządzeniem PE i Rady 2017/745 z 05.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, innymi przepisami prawa*) dopuszczających oferowane wyroby do obrotu i używania m.in. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz możliwości ich dostarczenia w razie potrzeby na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego- wymóg dotyczy wyrobów, które zostały zakwalifikowane jako „**wyroby medyczne**”. Jeżeli oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym lub jest wyrobem medycznym nie podlegającym dodatkowej certyfikacji jednostki notyfikowanej, Wykonawca powinien złożyć odpowiednio oświadczenie (wyjaśnienie) w tym zakresie z podaniem przyczyny, chyba że z innych dokumentów oferty wynika to jednoznacznie.
- e) karta katalogowa lub folder prezentująca wygląd i zawierająca opis techniczny oferowanych respiratorów.

oraz fakultatywnie

- f) odpis z właściwego rejestru handlowego albo wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (*w przypadku nie załączenia tego dokumentu Zamawiający pobierze go samodzielnie z ogólnodostępnej bazy*).

2. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub złożone oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierać będą błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień **w terminie przez siebie wskazanym**, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia **w terminie przez siebie wskazanym**, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w pkt. 5 niniejszego rozdziału.

5. Zamawiający dokona poprawienia w ofertach:

- 1) oczywistych omyłek pisarskich;
- 2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem, że poprawienie takiej omyłki będzie skuteczne, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na jej poprawienie.

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

- a) nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym,
- b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- c) jest nieważna na podstawie innych przepisów prawa,
- d) nie zostanie złożona w formie i w sposób określony w zapytaniu ofertowym,
- e) wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;
- f) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

6.1. O fakcie odrzucenia oferty zamawiający informuje niezwłocznie wykonawcę podając uzasadnienie.

III. Określenie przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest **dzierżawa respiratorów - 10 szt.** dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu przez okres 12 miesięcy.

1.1. Zamawiający zastrzega sobie w ramach **opcji** możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia, ale nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych (ryczałtowych) określonych w ofercie i charakteru umowy co do rodzaju konkretnego sprzętu (respiratory). Skorzystanie z opcji zamówienia może nastąpić w okresie obowiązywania umowy na warunkach określonych w treści „wzoru umowy dzierżawy” - Zał. Nr 5.

2. **Specyfikację cenową** za dzierżawę respiratorów stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego, który Wykonawca jest zobowiązany wypełnić i załączyć do oferty.

3. **Specyfikację techniczną** przedmiotu dzierżawy (z wymaganymi parametrami techniczno-użytkowymi przedmiotu zamówienia) określa Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

3.1. W razie jakichkolwiek wątpliwości na etapie badania i oceny ofert co do parametrów techniczno-użytkowych oferowanego sprzętu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów poprzez wezwanie Wykonawcy do przedłożenia aktualnych danych technicznych od producenta lub przedstawienia (prezentacji) oferowanego egzemplarza (modelu). W tych okolicznościach sprzęt musi być przedstawiony do prezentacji w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia Wykonawcy takiej konieczności.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać w razie potrzeby jego montażu, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy instrukcję obsługi w języku polskim.

7. Okres realizacji zamówienia i termin dostawy sprzętu.

7.1. **Okres realizacji zamówienia:** 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

7.2. **Termin dostawy sprzętu:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie wg zaproponowanych w ofercie warunków w tym zakresie, przy uwzględnieniu progu (terminu) maksymalnego określonego we wzorze formularza ofertowego - Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego. Termin dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w formularzu ofertowym - Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego, podając liczbę dni od dnia podpisania umowy.

8. **Warunki płatności za dzierżawę sprzętu:** comiesięczny przelew w terminie 30 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

9. Określenie ceny oferty.

9.1. Zamawiający wymaga podania cen jedn. netto sprzętu, stawkę podatku VAT, wartość netto pozycji ogółem, wartość brutto zamówienia ogółem. Wykonawca musi sporządzić specyfikację cenową w PLN wg Zał. Nr 2 do niniejszego zapytania.

9.2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty transportu do Zamawiającego, sprawowania serwisu technicznego sprzętu wraz z naprawami i wymianą niezbędnych części oraz utrzymania go w należytych stanie technicznym zgodnie z wymaganiami producenta.

9.3. Cena oferty łączna oraz poszczególne ceny (wartości) składające się na cenę łączną muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.

Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do zapytania), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

IV. Zasady wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. Oceniane kryteria i ich znaczenie:

Wszystkie ważne oferty złożone w niniejszym postępowaniu oceniane będą wg nast. kryteriów:

L.p	KRYTERIUM	RANGA/ZNACZENIE
1.	Cena	95 %
2.	Termin dostawy oferowanego sprzętu	5 %
	OGÓŁEM	100%

2. Sposób oceny poszczególnych kryteriów określa Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

V. Wskazanie miejsca i terminu składania oraz otwarcia ofert.

1. **Oferty należy składać do dnia 20.01.2026 r., godz. 15⁰⁰ w:**

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki,
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń - sekretariat

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

2. **Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.01.2026 r., godz. 15¹⁰** w gabinecie Dyrektora. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny ofert.

VI. Termin związania warunkami oferty.

1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 45 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2. W toku postępowania Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się z wnioskiem do Wykonawców o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni.
3. Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłużyć termin związania ofertą.

VII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Wszelkie istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 - wzór przyszłej umowy.

VIII. Inne postanowienia.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści je na stronie internetowej. W przypadku, gdy zmiana treści zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, aby dać Wykonawcom dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „zapytania ofertowego”, jednak nie później niż 2 dni po otrzymaniu od Zamawiającego lub po zamieszczeniu zapytania ofertowego na stronie internetowej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w 2 dniu przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści „zapytania ofertowego”. Zamawiający prześle treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym przekazano „zapytanie ofertowe” lub zamieści je na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego tj.: **przy użyciu środków komunikacji elektronicznej** w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres: **zpo@zpotorun.pl**

4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest mgr Aleksandra Wachowiak-Kaźmierczak, tel. (56) 65-74-290.

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadamia wykonawców **drogą elektroniczną**, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty podając jej nazwę, adres siedziby oraz uzasadnienie wyboru. Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub pozostawić postępowanie bez rozstrzygnięcia.

7. Zamawiający **unieważnia postępowanie** w trybie zapytania ofertowego jeżeli:

- a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
- b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,
- d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wybór oferty i zawarcie umowy.

7.1. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie i równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
- podając uzasadnienie.

Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Umowę w formie pisemnej w sprawie udzielenia zamówienia zawiera się nie wcześniej niż po 2 dniach od zatwierdzenia protokołu postępowania i wysłania zawiadomienia o wyborze oferty do wszystkich, którzy złożyli oferty, chyba że w danym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

9. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.

10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy instrukcji (regulaminu) wewnętrznego Zamawiającego dotyczącej trybu „zapytania ofertowego”, a w przypadku braku regulacji - decyzje indywidualne kierownika Zamawiającego.

IX. Wykaz załączników stanowiących integralną część zapytania ofertowego:

- 1) Wzór „formularza ofertowego”- **Załącznik Nr 1.**
- 2) Wzór specyfikacji cenowej przedmiotu zamówienia - **Załącznik Nr 2.**
- 3) Określenie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – **Załączniki Nr 3.**
- 4) Sposób oceny kryteriów oceny ofert - **Załącznik Nr 4.**
- 5) Wzór umowy na dzierżawę przedmiotu zamówienia - **Załącznik Nr 5.**

ZATWIERDZAM

Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/1/2026

.....
(pieczętka firmowa oferenta)

Formularz ofertowy

I. Dane Wykonawcy:

1. Pełna nazwa:
2. Adres:.....
NIP: REGON: PESEL (dotyczy osoby fizycznej):
Nr tel.
fax:
email:

II. Przedmiot zamówienia:

Oferta dotyczy postępowania w trybie procedury wewnętrznej „zapytania ofertowego” prowadzonego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu na **dzierżawę respiratorów**.

III. Cena przedmiotu zamówienia:

1. Cena za dzierżawę respiratorów - 10 szt., zgodnie z wyliczeniem wynikającym ze specyfikacji cenowej - Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego.

a) cena netto ogółem:
słownie:.....
wartość VAT: słownie:
cena brutto ogółem: słownie:

b) termin dostawy:

.....
(określić: **nie dłużej niż 21 dni**** od dnia podpisania umowy)

IV. Termin płatności za dzierżawę/usługi będące przedmiotem zamówienia: przelew w terminie **30 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

V. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do zapytania ofertowego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

VI. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 45 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VII. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie*/ **nie będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:**

.....
UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

VIII. Inne informacje Wykonawcy:

w tym informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia (*podać części zamówienia, które Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy, o ile jest znany na etapie składania oferty*):

.....

IX. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.....

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

X. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania określonymi w „zapytaniu ofertowym” i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

XI. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.

UWAGI!

* *niepotrzebne skreślić*

** *przez określenie „godziny”, „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni (24 godziny/ 1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane (odpowiednio do konkretnych wymagań wskazanych w treści niniejszego formularza ofertowego) pod rygorem odrzucenia oferty.*

Termin dostaw należy więc określić w „dniach”.

W przypadku wpisania w formularzu ofertowym warunków w zakresie „terminu dostawy” poprzez użycie wyrażenia „dni robocze” , Zamawiający przyjmie, że chodzi tu o „dni” zgodnie ze sposobem oceny przyjętym w zapytaniu ofertowym.

Zaoferowanie warunków (terminu) w kryterium „terminu dostawy” powyżej ustalonego progu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

.....
(data)

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Specyfikacja cenowa
przedmiot zamówienia: **dzierżawa respiratorów - 10 szt.**

Producent oferowanych dzierżawionych wyrobów:
(podać)

Typ/model:
(podać)

Lp.	Przedmiot dzierżawy	Liczba dzierżawionego sprzętu	Ryczałt <u>netto</u> <u>za 1 sztukę</u> <u>za 1 miesiąc</u>	Ryczałt <u>netto</u> <u>za 10 sztuk</u> <u>za 1 miesiąc</u>	Stawka VAT	Ryczałt <u>brutto</u> <u>za 10 sztuk</u> <u>za 1 miesiąc</u>	RAZEM ryczałt netto za 12 miesięcy (wartość z kolumny 5 x 12)	RAZEM ryczałt brutto za 12 miesięcy (wartość z kolumny 7 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa respiratorów wg opisu określonego w Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego	10 szt.						

Słownie RAZEM wartość brutto za 12 miesięcy:

.....

.....
data

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Jednocześnie Wykonawca informuje, że wartość wdzierżawianego przedmiotu umowy (10 szt. respiratorów) na dzień składania oferty stanowi kwotę: zł brutto, a cena jednostkowa każdego z nich stanowi 1/10 wartości tej kwoty.

Załącznik Nr 3
do zapytania ofertowego Nr ZPO:ZP/1/2026

SPECYFIKACJA parametrów techniczno-użytkowych
oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Nazwa przedmiotu zamówienia: **dzierżawa respiratorów – 10 szt.**

Producent oferowanych dzierżawionych wyrobów:
(podać)

Typ/model:
(podać)

Rok produkcji (*nie wcześniej niż 2022*):.....
(podać)

Dotychczasowy okres użytkowania (*nie dłuższy niż 48 miesięcy od dnia upływu terminu składania ofert*):.....
(podać)

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Parametry wymagane	Parametry oferowane (potwierdzić parametry oferowanego wyrobu poprzez „TAK” jeśli są takie same-identyczne lub opisać-określić odpowiednio do wymogów tam, gdzie jest to wskazane)	Parametry oceniane
I.	Respiratory do ciągłej wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej - 10 szt.	TAK		X
1	Respirator turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej.	TAK		X
2	Możliwość stosowania obwodów: jednorurowy przeciekowy oraz jednorurowy z zastawką.	TAK		X
3	Możliwość stosowania z obwodami o oddechowych o średnicy m.in.: 10, 15 i 22 mm	TAK		X
4	Aparat spełniający normy IEC: 60601-1, 60101-1-2, 60601-1-8, 60601-1-11, oraz ISO 10651-2, ISO10651-6	TAK		X
5	Aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi 5 kg.	TAK		X
6	Możliwość zaprogramowania minimum 2 programów terapeutycznych	TAK		X
7	Waga aparatu bez dodatkowego wyposażenia poniżej 3,5 kg	TAK		X
8	Wymiary max.: szer. 300 x dł. 250 x wys. 100 mm	TAK		X
9	Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej min. 7 cali.	TAK		X
10	Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez dotykowe przyciski.	TAK		X
11	Samoczynna blokada ekranu	TAK		X
12	Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny)	TAK		X
13	Turbina o wysokiej zdolności kompensacji przecieków, wydajność min. 220 l/min	TAK		X
14	Możliwość doposażenia aparatu w torbę podróżną przystosowaną również do mocowania na wózku inwalidzkim.	TAK		X
15	Respirator przystosowany do pracy ciągłej	TAK		X

16	Dostępne tryby pracy: z docelową objętością i ciśnieniem, CPAP, S, T, ST, PAC, PC, ACV, CV, PS z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV, PACV z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV, PCV, P-SIMV, V-SIMV	TAK		X
17	Tryb pracy respiratora ustawiany w oparciu o docelową wentylację pęcherzykową z automatyczną regulacją częstotliwości oddechów	TAK		X
18	Możliwość ustawień wentylacji przez ustnik	TAK		X
19	Regulowane wyzwalacze ciśnieniowy i objętościowy o regulacji min. 5 stopni	TAK		X
20	Regulacja częstość oddechu w zakresie wył.-80 odd./min.	TAK		X
21	Zakres generowanych ciśnień: IPAP: 2-50 mbar, EPAP: 0-20 mbar, CPAP: 3-20mbar	TAK		X
22	Objętość oddechowa nastawiana (Vt): 50 - 2500 ml	TAK		X
23	Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki: opisać	TAK		X
24	Kontrola czas narastania ciśnienia wdechowego od min. do 900 ms	TAK		X
25	Regulowany czas wdechu w zakresie min. 0,2 do 5 sekund	TAK		X
26	Regulowany wyzwalacz wydechu w zakresie 5% - 90% szczytowego przepływu	TAK		X
27	Monitorowanie: <i>Krzywe: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym, Graficzny wskaźnik ciśnienia aktualnego, PEEP/EPAP, średniego.</i> <i>Pomiar przecieków niezamierzonych</i> <i>Cyfrowe wskaźnik ciśnienia szczytowego,</i> <i>Indeks dyszenia RSBI (f/Vt)</i> <i>Pomiar wskaźnika I:E</i> <i>Pomiar w % oddechów inicjowanych i kończonych przez pacjenta</i>	TAK		X
28	Aparat wyposażony w funkcję testującą konfigurację obwodu oraz przecieki zamierzone	TAK		X
29	Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich min. 7 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem	TAK		X
30	Dane sumaryczne dotyczące pracy aparatu i wentylacji za ostatnie min. 365 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem	TAK		X
31	Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie.	TAK		X

32	<p>ALARMY:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Awarii zasilania -Braku ładowania -Krytycznego poziomu naładowania baterii wewnętrznej -Braku przejścia testu -Niewłaściwej konfiguracji urządzenia (nieprawidłowa maska, adapter, obwód) -Wysokiej nieszczelności -Objętości oddechowej wdechowej i wydechowej (niska, wysoka) -Wentylacji minutowej wdechowej i wydechowej (wysoka, niska) -Wysokiego poziomu ciśnienia i/lub niedrożności -Niskiego poziomu ciśnienia -Niskiej i wysokiej częstotliwości oddechowej -Bezdechu (z możliwością regulacji czasu reakcji) -Niskiego i wysokiego PEEP -Niskiego poziomu naładowania baterii -Alarm tolerancji rozłączenia układu w zakresie min. 5% - 95% -Alarmy o min. 3 priorytetach (wysoki, średni i niski) -Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty -Alarm bezdechu z możliwością wyboru: tylko alarm lub alarm z wentylacją bezdechu -Alarm bezdechu z możliwością wyboru: bezdech pacjenta lub każdy bezdech 	TAK		X
33	Dostępny ekran z podglądem aktywnych alarmów	TAK		X
34	Zintegrowana litowo-jonowa bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 8 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora.	TAK		X
35	Możliwość rozbudowy o zewnętrzne baterie do czasu zasilania min. 24 godziny	TAK		X
36	Możliwość podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME	TAK		X
37	Polskie menu aparatu	TAK		X
38	<p>W zestawie stolik pod respirator wykonany ze stelaża z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, z profilem nośnym z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiającym regulację wysokości położenia blatów.</p> <p>Stolik wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 x półki o szerokości maksimum 450x320mm, 1 x szafka z 2 szufladami, 1 x wysięgnik dwuprzegubowy do podtrzymania obwodu oddechowego, wyposażony w dwa elementy podtrzymujące kable na ramieniu, zakończony głowicą do przewodów oddechowych i drenów o średnicach 16mm, 20mm, 25mm 1 x wieszak na kroplówki 1 x listwa zasilająca <p>Stolik wyposażony w 4 koła w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym dwa z blokadą</p>	TAK		X
II	Pozostałe wymagania: montaż, szkolenie, warunki serwisu	TAK		X
1.	Instrukcja podstawowa obsługi w języku polskim	TAK		X
2.	Montaż sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w siedzibie Zamawiającego cenie oferty. Szkolenie nastąpi przy odbiorze przedmiotu umowy.	TAK		X
3.	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych	TAK podać		X
4.	W trakcie umowy serwis techniczny świadczony przez Wydzierżawiającego sprzęt wraz z naprawami i wymianą niezbędnych części oraz utrzymania go w należytym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami producenta	TAK		X

5.	Zalecany sposób dezynfekcji sprzętu	Opisać i podać prop. środki dezynf.		X
6.	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki	TAK		X
7.	Czas naprawy bez użycia części zamiennych nie dłuższy niż 3 dni robocze, liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK		X
8.	Czas naprawy z użyciem części zamiennych nie dłuższy niż 14 dni roboczych, liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK		X
9.	Dane kontaktowe do Wykonawcy lub punkty serwisowe upoważnione do wykonywania serwisu dzierżawionego sprzętu na koszt Wykonawcy	TAK (podać: nazwę, adres i nr tel. serwisu)		X

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....
data

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, sposób oceny
Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg nast. kryteriów:

L.p	KRYTERIUM	RANGA/ZNACZENIE
1.	Cena	95 %
2.	Termin dostawy oferowanego sprzętu	5 %
	OGÓLEM	100%

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena oferty badanej nieodrzuconej}} \times 100 \times 95\%$$

2. Przeliczenie w kryterium terminu dostawy

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin dostawy spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Termin dostawy nieodrzuconej oferty badanej}} \times 100 \times 5\%$$

Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/1/2026

Wzór przyszłej umowy z istotnymi postanowieniami
UMOWA Nr ZPO:ZP/1/2026
podpisana w dniur. w Toruniu

pomiędzy:

.....
.....

reprezentowaną przez:

.....

zwaną w dalszej treści umowy **Wydzierżawiającym** lub Wykonawcą

a

Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

im. ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 TORUŃ

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000009548, REGON: 871219178, NIP: 879-21-78-018, BDO: 000101913,

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Aleksandrę Wachowiak-Kaźmierczak

zwanym w dalszej treści **Dzierżawcą** lub Zamawiającym

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonej procedury wewnętrznej w trybie „zapytania ofertowego”, Wydierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków **respiratory - 10 szt.**, model, rok produkcji, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia....., zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- specyfikacja cenowa za dzierżawę – Załącznik Nr 1.

- specyfikacja techniczna sprzętu (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr 2.

3. Dzierżawca zastrzega sobie w ramach **opcji** możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia, ale nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych (ryczałtowych) określonych w ofercie i charakteru umowy co do rodzaju konkretnego sprzętu (respiratory). Ponadto skorzystanie z opcji zamówienia może nastąpić na n/w warunkach:

a). Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

b). Ceny jednostkowe (ryczałtowe) dzierżawy w ramach prawa opcji będą identyczne jak w ramach zamówienia podstawowego, określone przez Wydierżawiającego w specyfikacji cenowej na etapie składania oferty.

c). Dzierżawca będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania na dzierżawę respiratorów o tych samych lub równoważnych parametrach technicznych.

d). O zamiarze skorzystania z prawa opcji Dzierżawca poinformuje Wydierżawiającego odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Dzierżawca będzie z prawa opcji korzystał. Ostateczny termin zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w ramach prawa opcji tj. wycofanie z dzierżawy lub dzierżawa dodatkowych sztuk respiratorów zostanie uzgodniony przez Strony, ale nie będzie dłuższy niż 30 dni od informacji przesłanej przez Dzierżawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

e). Dzierżawca nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wydierżawiającemu nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.

4. Wydierżawiający zobowiązany jest w cenie oferty dostarczyć sprzęt do siedziby Dzierżawcy w terminie **.... dni** licząc od daty zawarcia umowy, dokonać w razie potrzeby jego montażu, przeszkolić personel Dzierżawcy w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy instrukcję obsługi w języku polskim. Na okoliczność odbioru i szkolenia, Strony sporządzą protokół odbioru podpisany przez strony umowy.

5. Wyzierżawiający zapewnia, że przedmiot umowy spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania wprowadzenia do obrotu i do używania (w szczególności w zakresie bezpieczeństwa), jest kompletny, sprawny i gotowy do używania w działalności leczniczej, a używanie przedmiotu umowy przez Dzierżawcę zgodnie z jego przeznaczeniem nie będzie stanowić naruszenia praw Wyzierżawiającego, producenta lub innych osób, w szczególności patentów ani innych praw z zakresu własności przemysłowej lub praw autorskich i nie będzie wymagać uzyskania żadnych dodatkowych zgód lub licencji.

6. Wyzierżawiający oświadcza, że jako profesjonalista, wykona niniejszą umowę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zasadami bhp i z najwyższą starannością.

7. Wartość wydzierżawianego przedmiotu umowy stanowi kwotę: zł brutto.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj. od2026 r. -2027 r.
2. W razie wielokrotnego naruszenia umowy przez Wyzierżawiającego, w szczególności naruszenia postanowień §4, Dzierżawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. Umowa może być także rozwiązana na mocy zgodnego porozumienia stron.

§ 3

1. Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi.
2. Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.
3. Dzierżawca zobowiązuje się nie przekazywać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać bez pisemnej zgody Wyzierżawiającego.
4. Wyzierżawiający dokonuje odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.
5. W razie przekraczającej 30 dni zwłoki Wyzierżawiającego w dostawie i zamontowaniu przedmiotu umowy lub jego części, a także w razie dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego, Dzierżawca może odstąpić od umowy w całości lub w części obejmującej przedmiot umowy niedostarczony w terminie lub przedmiot umowy wadliwy. Przed odstąpieniem Dzierżawca wezwie Wyzierżawiającego do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy 7-dniowy termin.
6. Dzierżawca ma prawo odmówić przyjęcia dostawy sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy jeśli jest niekompletny lub choćby częściowo wadliwy (niesprawny).

§ 4

1. Wyzierżawiający zobowiązany jest świadczyć przez okres trwania umowy w ramach ceny za dzierżawę, **serwis techniczny** przedmiotu dzierżawy wraz z naprawami i wymianą niezbędnych części oraz utrzymania go w należyтым stanie technicznym zgodnie z wymaganiami producenta
2. Wyzierżawiający zapewnia **czas reakcji serwisu** na zgłoszenie o zaistniałej awarii z podjęciem naprawy, nie dłuższy niż 48 godzin w dni robocze (tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii. Informacje o awarii zgłaszane będą przez Dzierżawcę do serwisu Wyzierżawiającego pod nr telefonu: lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: W ww. terminie Wyzierżawiający zobowiązany jest zawiadomić Dzierżawcę, czy naprawa nastąpi z użyciem czy bez użycia części zamiennych; brak zawiadomienia w ww. terminie będzie oznaczać, że naprawa nastąpi bez użycia części zamiennych.
3. Wyzierżawiający zapewnia **czas skutecznej naprawy** przedmiotu umowy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. 3 dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Wyzierżawiający zapewnia czas skutecznej naprawy przedmiotu umowy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. 14 dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W przypadku naprawy sprzętu, należność dla Wyzierżawiającego z tytułu czynszu dzierżawy zostanie pomniejszona odpowiednio (proporcjonalnie) o czas przerwy w eksploatacji (dzierżawie) danego sprzętu.
6. Wyzierżawiający zobowiązuje się przynajmniej raz w roku dokonać na własny koszt przeglądu serwisowego dzierżawionego sprzętu.

§ 5

1. Wyzierzawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną w wysokości:
 - a) 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,
 - b) 0,4% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dnia zwłoki.
2. W przypadku nieprzystąpienia (czas reakcji serwisu) do usuwania wadliwej pracy przedmiotu dzierżawy w czasie określonym w § 4 ust. 2, Dzierżawca ma prawo naliczyć Wyzierzawiającemu kary umowne w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) za każdą godzinę zwłoki w czasie reakcji serwisu.
3. W przypadku przekroczenia czasu skutecznej naprawy przedmiotu dzierżawy w czasie określonym w § 4 ust. 3 i 4, Dzierżawca ma prawo naliczyć Wyzierzawiającemu kary umowne w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki w naprawie.
4. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 pkt. **a)** i **b)**, ust. 2 i 3, Wyzierzawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy.
5. Wyzierzawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Dzierżawcę z przyczyn leżących po stronie Wyzierzawiającego w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy wobec której nastąpiło odstąpienie.
6. Dzierżawca zapłaci Wyzierzawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wyzierzawiającego z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy wobec której nastąpiło odstąpienie.
7. Łączna wysokość kar umownych należnych Dzierżawcy nie może przekroczyć 30% wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 6 ust.1.
8. Każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6

1. Wyzierzawiający otrzymywał będzie miesięczny ryczałt za dzierżawę w wysokości: zł netto + VAT, tj. zł brutto.

Słownie brutto: złotych.

- 1.1. Ryczałt ogółem za dzierżawę w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy wynosi: zł netto + VAT, tj. zł brutto

Słownie brutto: złotych.

2. Należność za dzierżawę płatna będzie comiesięcznie przez Dzierżawcę w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury przez Wyzierzawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy.
3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Dzierżawca przekaże na rachunek Wyzierzawiającego podany na fakturze.
4. Wyzierzawiający ma prawo naliczyć Dzierżawcy odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.
5. Wyzierzawiający nie może przenieść ani obciążyć wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Dzierżawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wyzierzawiającego bez zgody Dzierżawcy – są nieważne.

§ 7

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Dzierżawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wyzierzawiający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

1. Dzierżawca dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, w następujących sytuacjach i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

- a) zmiany oferowanego typu/modelu przedmiotu umowy (wyrób) na wyrób o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż określony w ofercie, w cenie nie wyższej niż określona w ofercie, w przypadku:
 - wycofania po terminie składania ofert, z rynku przedmiotu umowy zaoferowanego w ofercie, *lub*
 - wstrzymania po terminie składania ofert, produkcji przedmiotu umowy zaoferowanego w ofercie.
- b) zmiany stawki podatku VAT na sprzęt (wyroby) objęte przedmiotem umowy, które weszły w życie po terminie składania ofert – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wdzierżawiającego.
- c) zajdzie potrzeba zmiany zakresu zamówienia, którego łączna wartość zmian jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy, a ewentualny okres wydłużenia realizacji umowy nie przekracza 1 miesiąca.
- d) zajdzie potrzeba zastosowania prawa opcji na warunkach i w zakresie określonym w treści zapytania ofertowego i niniejszej umowie.
- e) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. zmiana rachunków bankowych stron, siedziby stron, szczegółów dotyczących sposobu realizacji dostaw, zmiany terminu dostawy z przyczyn nie leżących bezpośrednio po stronie Wdzierżawiającego.

2. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane przez Stronę składającą wniosek.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

4. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Dzierżawca może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 9

1. Wdzierżawiający oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r. tj. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2240 z późn. zm.).

2. Wdzierżawiający zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem - *o ile to możliwe przy uwzględnieniu specyfiki niniejszego zamówienia* - minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust.1.

3. Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia (*dzierżawa wyrobów medycznych*) uznano, że nie ma potrzeby określania w treści umowy szczegółowych warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tego zamówienia.

§ 10

1. W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia sporu.

2. W przypadku braku załatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, spór rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dzierżawcy.

§ 11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Dzierżawcy, a 1 egzemplarz dla Wdzierżawiającego.

WYDZIERŻAWIAJĄCY:

DZIERŻAWCA: